

Протокол
рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе по определению поставщика
эндопротезов тазобедренного и коленного суставов для
ГУ «Республиканская клиническая больница»

Дата: 05 июля 2022 года

№157

Наименование заказчика: Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Председатель комиссии:

Долганова С.В. - заместитель министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по финансово-экономической политике Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Присутствовали члены комиссии:

1. Музыка Е.Н. – начальник Управления планирования, финансирования и исполнения бюджета Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

2. Цушко Е.С. – заместитель начальника Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования – начальник отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

3. Кукин С.В. – заместитель начальника Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

4. Дяченко А.Г. – начальник Управления организации медицинской помощи и рассмотрения обращений граждан и организаций Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

5. Потоля А.Д. – начальник Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Секретарь:

Туранский А.О. – главный специалист Отдела организации государственных закупок Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Извещение о проведении открытого аукциона:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=2615>

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по определению поставщика эндопротезов тазобедренного и коленного суставов для ГУ «Республиканская клиническая больница» проводила комиссия по адресу:

г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, в 15 часов 00 мин. 05 июля 2022 года

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежит заявка на участие в открытом аукционе, согласно протоколу вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом аукционе по определению поставщика эндопротезов тазобедренного и коленного суставов для ГУ «Республиканская клиническая больница» от 28 июня 2022 года №146.

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе велась аудио запись.

5. На процедуре рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе отсутствовал представитель участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе.

6. На основании решения комиссии согласно вскрытию конверта с заявкой на участие в

открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер.

По лотам, заявленным в предмете закупки, комиссией рассмотрена поданная на участие в открытом аукционе заявка на предмет соответствия ее требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объекта закупки по лотам, заявленным в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

ЛОТ № 1

Порядковый номер заявки 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Витодар»
Местонахождение, адрес электронной почты	г. Тирасполь, ул. Христофорова, д.3 vitodar2019@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено соответствие пакета документов участника с заявкой № 1.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Долганова С.В. - заместитель министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по финансово-экономической политике	Допустить к участию в открытом аукционе	
2.	Музыка Е.Н. - заместитель начальника Управления планирования, финансирования и исполнения бюджета Министерства здравоохранения ПМР	Допустить к участию в открытом аукционе	
3	Цушко Е.С. - заместитель начальника Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования -начальник отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения ПМР	Допустить к участию в открытом аукционе	
4	Кукин С.В. - заместитель начальника Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения ПМР - начальник отдела организации государственных закупок	Допустить к участию в открытом аукционе	
5	Потоля А.Д. - начальник отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики. Регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения ПМР	Допустить к участию в открытом аукционе	
6	Дяченко А.Г. - начальник Управления организации медицинской помощи и рассмотрения обращений граждан и организаций Министерства здравоохранения ПМР	Допустить к участию в открытом аукционе	

Принятое решение комиссии: допустить участника с заявкой №1 ко второму этапу открытого аукциона.

ЛОТ №2

Порядковый номер заявки 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Витодар»
Местонахождение, адрес электронной почты	г. Тирасполь, ул. Христофорова, д.3 vitodar2019@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено соответствие пакета документов участника с заявкой № 1.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Долганова С.В. - заместитель министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по финансово-экономической политике	Допустить к участию в открытом аукционе	
2.	Музыка Е.Н. - заместитель начальника Управления планирования, финансирования и исполнения бюджета Министерства здравоохранения ПМР	Допустить к участию в открытом аукционе	
3	Цушко Е.С. - заместитель начальника Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования -начальник отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения ПМР	Допустить к участию в открытом аукционе	
4	Кукин С.В. - заместитель начальника Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения ПМР - начальник отдела организации государственных закупок	Допустить к участию в открытом аукционе	
5	Потоля А.Д. - начальник отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики. Регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения ПМР	Допустить к участию в открытом аукционе	
6	Дяченко А.Г. - начальник Управления организации медицинской помощи и рассмотрения обращений граждан и организаций Министерства здравоохранения ПМР	Допустить к участию в открытом аукционе	

Принятое решение комиссии: допустить участника с заявкой № 1 ко второму этапу открытого аукциона.

7. По итогам заседания Комиссии по лотам №1-2 допущено к участию во втором этапе открытого аукциона по одной заявке.

Руководствуясь подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» Комиссией признан не состоявшимся открытый аукцион по определению поставщика эндопротезов тазобедренного и коленного суставов для ГУ «Республиканская клиническая больница». На основании рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Комиссией принято решение предложить министру здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики заключить контракт с единственным поставщиком по следующим лотам:


№ п/п	Наименование поставщика	№ лота	Наименование товара и его описание	Единица измерения	Кол-во, шт.	Сумма контракта, руб. ПМР
1	ООО «Витодар»	1	Ножка бесцементной фиксации	шт.	85	558 875,00
			Ножка цементной фиксации	шт.	15	76 575,00
			Бесцементная вертлужная чаша	шт.	85	583 950,00
			Вставка (вкладыш) для вертлужной чаши	шт.	100	344 000,00
			Цементная вертлужная чаша	шт.	15	37 500,00
			Бедренная головка	шт.	100	300 000,00
		2	Компонент бедренной кости	шт.	15	198 000,00
			Компонент большеберцовой кости	шт.	15	90 525,00
			Вставка большеберцовой кости	шт.	15	54 300,00
			Компонент надколенника	шт.	15	15 750,00

8. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

9. Подписи членов комиссии:

Заместитель министра здравоохранения ПМР по финансово-экономической политике Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики

 С.В. Долганова

Заместитель начальника Управления планирования, финансирования и исполнения бюджета Министерства здравоохранения ПМР

 Е.Н. Музыка

Заместитель начальника Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования – начальник отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения ПМР

 Е.С. Цушко

Заместитель начальника Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения ПМР – начальник отдела организации государственных закупок

 С.В. Кукин

Начальник отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики. Регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения ПМР

 А.Д. Потоля

Начальник Управления организации медицинской помощи и рассмотрения обращений граждан и организаций Министерства здравоохранения ПМР;

 А. Г. Дяченко

Секретарь комиссии:

 А.О. Туранский

Приложение № 1 к Протоколу
рассмотрения заявки на участие в
открытом аукционе по определению
поставщика эндопротезов
тазобедренного и коленного суставов
для ГУ «Республиканская клиническая
больница»
от 05.07.2022 года №157

Журнал
регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших
заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе

№п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) его представителя, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1					
2					
3					
4					
5					

Секретарь комиссии: Туранский А.О.



Дата: 05 июля 2022 года

Приложение № 2 к Протоколу
рассмотрения заявки на участие в
открытом аукционе по определению
поставщика эндопротезов
тазобедренного и коленного суставов
для ГУ «Республиканская клиническая
больница»
от 05.07.2022 года №157

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от 28 июня 2022 года №146	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)
ЛОТ № 1	1	1	ООО «Витодар»
ЛОТ №2	1	1	ООО «Витодар»

Секретарь комиссии: Туранский А.О.



Дата: 05 июля 2022 года

Приложение № 3 к Протоколу
рассмотрения заявки на участие в
открытом аукционе по определению
поставщика эндопротезов
тазобедренного и коленного суставов
для ГУ «Республиканская клиническая
больница»
от 05.07.2022 года №157

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

аукционе											
№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименовани е участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количес тво, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производител ь	Едини ца измер ения	Количес тво, объем закупки
ЛОТ № 1											
1	Ножка бесцементной фиксации	Произведена из сплава титана. Покрытие двойное: пористый титан, покрытый гидроксиапатитом, полное покрытие ножки. Двойная коническая продольная геометрия с метадифизарными бороздами. Наличие минимум 10 размеров в диапазоне от 120 до 174 со стандартным шеечно-дифизарным углом 131°-135°±1° градусов. Посадочный конус 12/14. В наличии варианты без (80%) и с фиксирующим (20%) воротником с возможностью замены. Возможность использования одного и того же инструмента для установки бесцементных и цементных ножек. Стерилизация в вакууме (оптимально).	шт.	85	1	ООО «Витодар»	Ножка бесцементной фиксации	Произведена из сплава титана. Покрытие двойное: пористый титан, покрытый гидроксиапатитом, полное покрытие ножки. Двойная коническая продольная геометрия с метадифизарными бороздами. Наличие минимум 10 размеров в диапазоне от 120 до 174 со стандартным шеечно-дифизарным углом 131°-135°±1° градусов. Посадочный конус 12/14. В наличии варианты без (80%) и с фиксирующим (20%) воротником с возможностью замены. Возможность	Permedica Orthopaedics, Италия	шт.	85

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименовани е участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количес тво, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производител ь	Едини ца измер ения	Количес тво, объем закупки
								использования одного и того же инструмента для установки бесцементных и цементных ножек. Стерилизация в вакууме (CE. ISO)			
2	Ножка цементной фиксации	Произведена из нержавеющей стали. Полированная поверхность. Наличие минимум 8 размеров в диапазоне от 120 до 174 со стандартным шеечно-диафизарным углом 131°-135° ±1° градусов с возможностью замены. Посадочный конус 12/14. Возможность использования одного и того же инструментария для установки бесцементных и цементных ножек. Стерилизация в вакууме (оптимально).	шт.	15	1	ООО «Витодар»	Ножка цементной фиксации	Произведена из нержавеющей стали. Полированная поверхность. Наличие минимум 8 размеров в диапазоне от 120 до 174 со стандартным шеечно-диафизарным углом 131°-135° ±1° градусов с возможностью замены. Посадочный конус 12/14. Возможность использования одного и того же инструментария для установки бесцементных и цементных ножек. Стерилизация в вакууме (CE. ISO)	Permedica Orthopaedics, Италия	шт.	15
3	Бесцементная вертлужная чаша	Произведена из сплава титана. Покрытие двойное: пористый титан, покрытый гидроксиапатитом. В наличии размеры от 44 мм до 64мм с возможностью замены. Механизм антиротационного механического замыкания полимерной вставки. Минимум 3 отверстия для дополнительной фиксации. Запорный механизм чашки выполнен в форме раздвижного кольца, позволяющего интраоперационную замену	шт.	85	1	ООО «Витодар»	Бесцементная вертлужная чаша	Произведена из сплава титана. Покрытие двойное: пористый титан, покрытый гидроксиапатитом. В наличии размеры от 44 мм до 64 мм, с возможностью замены. Механизм антиротационного механического замыкания полимерной вставки. Минимум 3 отверстия для дополнительной	Permedica Orthopaedics, Италия	шт.	85

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Единица измерения	Количество, объем закупки
		вкладыша без его повреждения. Метод фиксации чашки пресс-фит, с возможностью введения не менее трех деротационных винтов. Стерилизация в вакууме (оптимально).						фиксации. Запорный механизм чашки выполнен в форме раздвижного кольца, позволяющего интраоперационную замену вкладыша без его повреждения. Метод фиксации чашки пресс-фит, с возможностью введения не менее трех деротационных винтов. Стерилизация в вакууме. (CE. ISO)			
4	Вставка (вкладыш) для вертлужной чаши	Произведена из высокочреслинкового (высокомолекулярного) полиэтилена. Фестонные края для обеспечения де-ротации Вид вкладышей от 0° до 10° элевации. Доступные размеры от 44мм до 65мм.В наличии стандартный и антилюксационный варианты с возможностью замены. В наличии вставки, позволяющие использовать феморальные головки 28мм, 32мм, 36мм. Стерилизация в вакууме (оптимально).	шт.	100	1	ООО «Витодар»	Вставка для вертлужной чаши	Произведена из высокочреслинкового (высокомолекулярного) полиэтилена. Фестонные края для обеспечения де-ротации Вид вкладышей от 0° до 10° элевации. Доступные размеры от 44мм до 65мм.В наличии стандартный и антилюксационный варианты с возможностью замены. В наличии вставки, позволяющие использовать феморальные головки 28мм, 32мм, 36мм. Стерилизация в вакууме (CE. ISO).	Permedica Orthopaedics, Италия	шт.	100
5	Цементная вертлужная чаша	Изготовлена из полиэтилена UHMWPE. Внешние размеры от 42мм до 64мм. Доступен в 2 версиях 0° и 20° элевации с возможностью замены.	шт.	15	1	ООО «Витодар»	Цементная вертлужная чаша	Изготовлена из полиэтилена UHMWPE. Внешние размеры от 42мм до 64мм. Доступен в двух версиях 0° и 20°	Permedica Orthopaedics, Италия	шт.	15

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименовани е участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количес тво, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производител ь	Едини ца измер ения	Количес тво, объем закупки
		Внутренние диаметры 28, 32, 36мм. Полярные и экваториальные металлические кольца для рентгенографической прослеживаемости. Стерилизация в вакууме (оптимально).						элеации с возможностью замены. Внутренние диаметры 28, 32, 36мм. Полярные и экваториальные металлические кольца для рентгенографической прослеживаемости. Стерилизация в вакууме. (CE. ISO).			
6	Бедренная головка	Произведена из сплава кобальт-хром. Под посадочный конус 12/14. Минимально 4 размера длины: от -4 мм до +8 мм ± 2 с возможностью замены. Диаметр 28 мм, 32 мм, 36 мм. Стерилизация в вакууме(оптимально).	шт.	100	1	ООО «Витодар»	Бедренная головка	Произведена из сплава кобальт-хром. Под посадочный конус 12/14. Минимально 4 размера длины: от -4мм до +8мм ± 2 с возможностью замены. Диаметр 28мм,32мм,36мм. Стерилизация в вакууме. (CE. ISO)	Permedica Orthopaedics, Италия	шт.	100
ЛОТ №2											
1	Компонент бедренной кости	Изготовлен из сплава кобальта и хрома – анатомический компонент с вариантами левый-правый с возможностью замены; - в наличии специальная текстура для хорошей фиксации цемента, в наличии минимум 10 размеров для каждой стороны – конгруэнтность между радиусом мыщелков бедренной кости и вставкой берцовой кости – выраженная преднаколенниковая канавка для хорошего контакта коленно-бедренной кости и уменьшения давления на коленную чашечку – дизайн,	шт.	15	1	ООО «Витодар»	Компонент бедренной кости	Изготовлен из сплава кобальта и хрома – анатомический компонент с вариантами левый-правый, с возможностью замены; специальная текстура для хорошей фиксации цемента, в наличии минимум 10 размеров для каждой стороны – конгруэнтность между радиусом мыщелков бедренной кости и вставкой берцовой кости – выраженная преднаколенниковая канавка для хорошего	United Orthopaedics Corporation, Тайвань	шт.	15

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименовани е участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количес тво, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производител ь	Едини ца измер ения	Количес тво, объем закупки
		который обеспечит подвижность минимум до 130° - размеры большеберцовой и бедренной кости могут взаимозаменяться, сохраняя суставную конгруэнтность, один размер бедренной кости может сочетаться как минимум с 8 размерами большеберцовой кости – максимальная конгруэнтность большеберцовой и бедренной кости – поверхность сустава отполирована; - поверхность имплантации шероховатая; - способ имплантации: цементированная, (шероховатая поверхность). Оставшийся срок стерилизации не менее 3 лет на момент поставки						контакта коленно-бедренной кости и уменьшения давления на коленную чашечку – дизайн, который обеспечит подвижность минимум до 130° - размеры большеберцовой и бедренной кости могут взаимозаменяться, сохраняя суставную конгруэнтность, один размер бедренной кости может сочетаться как минимум с 8 размерами большеберцовой кости – максимальная конгруэнтность большеберцовой и бедренной кости – поверхность сустава отполирована; - поверхность имплантации шероховатая; - способ имплантации: цементированная, (шероховатая поверхность), оставшийся срок стерилизации не менее 3 лет на момент поставки			
2	Компонент большеберцовой кости	Изготовлен из титанового сплава; - универсальный Компонент большеберцовой кости имеет возможность к повышенной стабилизации и к преобразованию в ревизионный протез путем присоединения коротких удлинительных	шт.	15	1	ООО «Витодар»	Компонент большеберцовой кости	Изготовлен из титанового сплава; - универсальный Компонент большеберцовой кости имеет возможность к повышенной стабилизации и к	United Orthopaedics Corporation, Тайвань	шт.	15

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименовани е участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количес тво, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производител ь	Едини ца измер ения	Количес тво, объем закупки
		стержней, в зависимости от внутриоперационных потребностей – профиль плато большеберцовой кости симметричный и идеально подходит к проксимальной части большеберцовой кости. Представляет собой модульность, размеры большеберцовой и бедренной кости взаимозаменяются, сохраняя суставную конгруэнтность, таким образом, один размер бедренной кости может сочетаться с 8 размерами большеберцовой кости. Крепление полиэтиленовой вставки на большеберцовой кости производится при помощи зажимной системы – Размеры: минимум 8, универсальные. Поверхность имплантации шероховатая и матовая; - цементированный метод имплантации; - допускается корректировка расположения при помощи центромедуллярной или внешней направляющей – В наличии дистальная резьбовая пробка для возможной фиксации 4 удлиняющих стержней; оставшийся срок стерилизации не менее 3 лет на момент доставки						преобразованию в ревизионный протез путем присоединения коротких удлинительных стержней, в зависимости от внутриоперационных потребностей – профиль плато большеберцовой кости симметричный и идеально подходит к проксимальной части большеберцовой кости. Представляет собой модульность, размеры большеберцовой и бедренной кости взаимозаменяются, сохраняя суставную конгруэнтность, таким образом, один размер бедренной кости может сочетаться с 8 размерами большеберцовой кости. Крепление полиэтиленовой вставки на большеберцовой кости производится при помощи зажимной системы – Размеры: минимум 8, универсальные. Поверхность имплантации шероховатая и матовая; - цементированный метод имплантации; - допускается корректировка			

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименовани е участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количес тво, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производител ь	Едини ца измер ения	Количес тво, объем закупки
								расположения при помощи центромедуллярной или внешней направляющей – В наличии дистальная резьбовая пробка для возможной фиксации 4 удлиняющих стержней; оставшийся срок стерилизации не менее 3 лет на момент доставки			
3	Вставка большеберцовой кости	Изготовлена из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) - передний край тибиальной кости с наклоном во избежание давления в области сухожилия надколенника в полном сгибании - представляет собой модульность, размеры большеберцовой и бедренной кости могут взаимозаменяться, сохраняя суставную конгруэнтность, таким образом, один размер бедренной кости может сочетаться с 8 размерами вставки;- Способ крепления через периферийную зажимную систему - В наличии вариант с задней стабилизацией - предоставлено не менее 8 размеров и 5 толщин для каждого размера, Оставшийся срок стерилизации не менее 3 лет на момент доставки	шт.	15	1	ООО «Витодар»	Вставка большеберцовой кости	Изготовлена из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) - передний край тибиальной кости с наклоном во избежание давления в области сухожилия надколенника в полном сгибании - представляет собой модульность, размеры большеберцовой и бедренной кости могут взаимозаменяться, сохраняя суставную конгруэнтность, таким образом, один размер бедренной кости может сочетаться с 8 размерами вставки;- Способ крепления через периферийную зажимную систему - В наличии вариант с задней стабилизацией - предоставлено не менее 8 размеров и 5 толщин для каждого размера, Оставшийся срок	United Orthopaedics Corporation, Тайвань	шт.	15

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименовани е участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количес тво, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производител ь	Едини ца измер ения	Количес тво, объем закупки
								стерилизации не менее 3 лет на момент доставки			
4	Компонент надколенника	Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) - подходит к форме трохлеарной области детали бедренной кости - представлен в 5 размерах - Способ имплантации: цементированный - оставшийся срок стерилизации не менее 3 лет на момент доставки	шт.	15	1	ООО «Витодар»	Компонент надколенника	Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) - подходит к форме трохлеарной области детали бедренной кости - представлен в 5 размерах - Способ имплантации: цементированный - оставшийся срок стерилизации не менее 3 лет на момент доставки	United Orthopaedics Corporation, Тайвань	шт.	15

Секретарь комиссии: Туранский А.О.



Дата: 05 июля 2022 года