



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г.Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail: office@minzdrav.gospmr.org

22 ДЕК 2022

№ 01.1-14.1/13538

На № _____ от _____

Руководителям хозяйствующих
субъектов

О направлении ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной максимальной цены контракта, настоящим просит в срок до 13 января 2023 года направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) ценовое предложения на поставку модульного анализатора для молекулярной биологии в количестве 1 шт. для ГУ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»:

Техническое задание к модульному анализатору для молекулярной биологии				
№	Параметры	Требования	Соответствие требованию	Примечание
1. Общие требования				
1.1	Модель	указать	обязательно	
1.2	Производитель, страна происхождения	указать	обязательно	
1.3	Год выпуска, не ранее	2020	обязательно	
1.4	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России, Украины или ЕС	приложить копию	обязательно	
1.5	Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация)	приложить	обязательно	
2. Технические характеристики				
2.1	Принцип измерения: амплификация нуклеиновых кислот, измерение количества копий амплифицированной ДНК после каждого цикла амплификации с помощью флуоресцентных меток – зондов.	наличие	обязательно	
2.2	Методика измерения: ПЦР в реальном времени с полностью автоматизированной подготовкой образца	наличие	обязательно	
2.3	Температурные параметры: Скорость нагревания (максимальная) Скорость остывания (максимальная) Точность периода поддержания температуры Точность измерения температуры	10°C/с от 50 до 95°C	оптимально	

Техническое задание к модульному анализатору для молекулярной биологии						
№	Параметры		Требования	Соответствие требованию	Примечание	
			2,5°C/с от 95 до 50°C ±1,0 с ±0,5°C от 60 до 95°C			
2.4	Диапазон возбуждения/детекции флюоресценции, нм		наличие	обязательно		
	Каналы	Возбуждение				Детекция
	1	375-405				420-480
	2	450-495				510-535
	3	500-550				565-590
	4	555-590				606-650
	5	630-650				665-685
	6	630-650	>700			
2.5	Производительность: 1 модуль – около 1 часа (в зависимости от типа теста) на 4х модулях на одной платформе		наличие	обязательно		
2.6	Управление анализатором: клавиатура, мышь, цветной ж/к дисплей, считыватель штрих-кода, ноутбук		наличие	обязательно		
2.7	Интуитивно понятное русифицированное меню пользователя		наличие	обязательно		
3. Условия поставки						
3.1	Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее		12 месяцев	обязательно		
3.2	Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования		наличие	обязательно		
3.3	Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием		наличие	обязательно		
3.4	Инструкция пользователя на русском языке		наличие	обязательно		
3.5	Наличие сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств.		указать адрес	обязательно		
3.6	Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала отделения о неисправностях в работе оборудования)		наличие	обязательно		
3.7	Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более		24	обязательно		
3.8	Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе		наличие	обязательно		
3.9	Адрес установки оборудования		г. Тирасполь, ул.Мира,33	обязательно		

Срок поставки: 135 календарных дней со дня поступления предоплаты на счет поставщика. Доставка и отгрузка осуществляется силами и средствами поставщика.

Срок проведения закупки: I квартал 2023 года.

Условия оплаты: предоплата в размере 50%, оставшаяся сумма в течение 30 дней с момента поставки товара.

Проведение процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Заместитель министра

по финансово-экономической политике 

С.В. Долганова

