

Протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по закупке электрокардиографов для
ГУ «Республиканская клиническая больница»

01 декабря 2022 года

№251

Наименование заказчика: Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Председатель комиссии – заместитель министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по финансово-экономической политике Долганова Светлана Викторовна.

Присутствовали члены комиссии:

1. Музыка Е.Н. – заместитель начальника Управления планирования, финансирования и исполнения бюджета – начальник Отдела планирования, экономического анализа и исполнения бюджета Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

2. Цушко Е.С. – заместитель начальника Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования – начальник Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

3. Литвиненко А.В. – начальник Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

4. Потоля А.Д. – начальник Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктура здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Извещение о проведении открытого аукциона:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=3414>

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке электрокардиографов для ГУ «Республиканская клиническая больница» проводит комиссия по адресу:

г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, в 11 часов 00 мин. 01 декабря 2022 года

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытия доступа к поданной в форме электронных документов заявке по закупке электрокардиографов для ГУ «Республиканская клиническая больница» от 25 ноября 2022 года №245.

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе велась аудио запись.

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовал участники и представитель участника открытого аукциона, подавших заявки на участие в открытом аукционе.

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), заявкам на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер.

По лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объекта закупки по лоту, заявленному в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

ЛОТ №1

Порядковый номер заявки №1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Мед Групп»
Местонахождение, адрес электронной почты	г. Бендеры, ул. Тимирязева, д. 24а medgrup_pmr@mail.ru

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено соответствие пакета документов участника с заявкой №1

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Долганова С.В. - заместитель министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по финансово-экономической политике	Допустить к участию в открытом аукционе	
2	Музыка Е.Н. - заместитель начальника Управления планирования, финансирования и исполнения бюджета - начальник отдела планирования, экономического анализа и исполнения бюджета Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
3.	Цушко Е.С. - заместитель начальника Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования - начальник отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
4	Литвиненко А.В. - начальник Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
5	Потоля А.Д. - начальник Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктура здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	

Принятое решение комиссии: допустить участника с заявкой №1 ко второму этапу открытого аукциона.

Порядковый номер заявки №2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Лада»
Местонахождение, адрес электронной почты	Рыбницкий район, с. Сараца, ул. Ленина, 16а pmrlada@gmail.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено несоответствие пакета документов участника с заявкой №2, в соответствии со служебной запиской от 30 ноября 2022 года заведующей кардиоревматологическим отделением ГУ «Республиканская клиническая больница» Костяновской О.В электрокардиографы не соответствуют документации об открытом аукционе в части следующих технических параметров:

1. Работа от аккумулятора (без распечатки), не менее – 3ч (требуется 4ч).

2. Инструкция пользователя на русском языке – представлена на английском языке (требование обязательно).

3. Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России, Украины или ЕС – отсутствует (требуется – обязательно).

Дополнительно Комиссией выявлено, что коммерческое предложение на поставку товара не соответствует сведениям, представленным в брошюре на оборудование, в связи с чем не

представляется возможным определить остальные функции, заявленные в техническом задании, но сведения, отраженные в коммерческом предложении на поставку товара, соответствуют по всем параметрам.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Долганова С.В. - заместитель министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по финансово-экономической политике	Не допустить к участию в открытом аукционе	Технические характеристики не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе
2	Музыка Е.Н. - заместитель начальника Управления планирования, финансирования и исполнения бюджета - начальник отдела планирования, экономического анализа и исполнения бюджета Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Технические характеристики не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе
3.	Цушко Е.С. - заместитель начальника Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования - начальник отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Технические характеристики не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе
4	Литвиненко А.В. - начальник Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Технические характеристики не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе
5	Потоля А.Д. - начальник Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктура здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Технические характеристики не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе

Принятое решение комиссии: не допустить участника с заявкой №2 ко второму этапу открытого аукциона.

Порядковый номер заявки №3

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «ДенталМаркет»
Местонахождение, адрес электронной почты	г. Тирасполь, пер. Западный, д. 21/4, кв. 15 dentalmarket.pmr@yandex.com

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено несоответствие пакета документов участника с заявкой №3, в соответствии со служебной запиской от 30 ноября 2022 года заведующей кардиоревматологическим отделением ГУ «Республиканская клиническая больница» Костяновской О.В электрокардиографы не соответствуют документации об открытом аукционе в части следующих технических параметров:

1. Дисплей диагональ, не менее – 4,3 (требуется 5).
2. Дисплей выбор чувствительности представления – 2.5,5,10,20,10/5 mm/mV (требуется 5,25,20 мм/мВ).
3. Работа от аккумулятора (без распечатки), не менее – 3ч (требуется 4ч).
4. Размер не более -263x81x208 (требуется 285x189x61).
5. Инструкция пользователя на русском языке – представлена на английском (требование обязательное).

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Долганова С.В. - заместитель министра здравоохранения	Не допустить к участию	Технические характеристики не

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
	Приднестровской Молдавской Республики по финансово-экономической политике	в открытом аукционе	соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе
2	Музыка Е.Н. – заместитель начальника Управления планирования, финансирования и исполнения бюджета – начальник отдела планирования, экономического анализа и исполнения бюджета Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Технические характеристики не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе
3.	Цушко Е.С. – заместитель начальника Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования – начальник отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Технические характеристики не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе
4	Литвиненко А.В. - начальник Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Технические характеристики не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе
5	Потоля А.Д. – начальник Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики, регулирования закупок и инфраструктура здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Технические характеристики не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе

Принятое решение комиссии: не допустить участника с заявкой №3 ко второму этапу открытого аукциона.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующего участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, (рублей)	Цена контракта, сформированная с учетом преимущества, (рублей)
ЛОТ №1			
1	ООО «Мед Групп»	246 000,00	-

По итогам заседания Комиссии

- по Лоту №1 признана соответствующей закупочной документации одна заявка.

Руководствуясь подпунктом б) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» открытый аукцион по закупке электрокардиографов для ГУ «Республиканская клиническая больница» признан несостоявшимся. Комиссией принято решение предложить министру здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики заключить контракт с единственным поставщиком.

8. После оглашения списка участников открытого аукциона, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, комиссия объявила всем присутствующим о праве участников аукциона и (или) их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, заявить о переторжке (изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки, на идентичный товар, работу или услугу, представленные иным участником открытого аукциона, допущенным ко второму этапу открытого аукциона).

Заявил о необходимости переторжки следующий участник открытого аукциона, допущенный ко второму этапу открытого аукциона:

№ п/п	Порядковый номер заявки об участии в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)
ЛОТ №1		
1	1	ООО «Мед Групп»

Участнику открытого аукциона, допущенного ко второму этапу открытого аукциона и заявившему о переторжке, предоставляется возможность в срок не более 3(трех) рабочих дней с момента регистрации заявления о переторжке представить в адрес комиссии изменения в поданные ранее заявки на участие в открытом аукционе.

Комиссией доведено до сведения всех присутствующих о том, что заявления о

необходимости внесения изменений в заявки на участие в открытом аукционе, поданные после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, останутся без рассмотрения.

9. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии

Заместитель министра здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики по  С.В. Долганова
финансово-экономической политике

Заместитель начальника Управления планирования,
финансирования и исполнения бюджета – начальник
Отдела планирования, экономического анализа и
исполнения бюджета Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики  Е.Н. Музыка

Заместитель начальника Управления нормативно-
правового, документационного, информационного
обеспечения и системного администрирования –
начальник Отдела нормативно-правового обеспечения
Министерства здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики  Е.С. Цушко

Начальник Управления тарифной политики,
регулирования закупок и инфраструктуры
здравоохранения Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики  А.В. Литвиненко

Начальник Отдела инфраструктуры здравоохранения
Управления тарифной политики, регулирования закупок
и инфраструктура здравоохранения Приднестровской
Молдавской Республики  А.Д. Потоля

Секретарь комиссии:

 А.О. Туранский

Приложение №1 к Протоколу
рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе по закупке
электрокардиографов для
ГУ «Республиканская клиническая
больница»
от 01.12.2022 года №251

Журнал
регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших
заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе

№п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) его представителя, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1	ООО "Дастан Мирис"	Милосенко В. В.	1-ПР 0252127		
2	ООО "Мирис"	Чирков В. В.	1-ПР 0002133	зверено	
3					
4					
5					
6					
7					

Секретарь комиссии: Туранский А.О.

Дата: 01 декабря 2022 года



Приложение №2 к Протоколу
рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе по закупке
электрокардиографов для
ГУ «Республиканская клиническая
больница»
от 01.12.2022 года №251

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов от 25.11.2022 года №245	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)
ЛОТ №1	1	1	ООО «Мед Групп»
	2	2	ООО «Лада»
	3	3	ООО «ДенталМаркет»

Секретарь комиссии: Туранский А.О.



Дата: 01 декабря 2022 года

Приложение № 3 к Протоколу
рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе по закупке
электрокардиографов для
ГУ «Республиканская клиническая
больница»
от 01.12.2022 года №251

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

аукционе											
№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Единица измерения	Количество, объем закупки
ЛОТ №1											
1	Электрокардиограф		шт	6	1	ООО «Мед Груп»	Электрокардиограф	CARDIOVIT AT-1 G2	Швейцария, SCHILLER	шт.	6
					2	ООО «Лада»	Электрокардиограф	ECG-1112M	Lepu Medical Technology Co., Ltd/KHP	шт.	6
					3	ООО «ДенталМаркет»	Электрокардиограф	MAC 600	Wipro GE Healthcare Private Ltd, Индия совместно с GE Medical Systems Information Technologies, Inc, Сша	шт.	6

Секретарь комиссии: Туранский А.О.

Дата: 01 декабря 2022 года

