



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г. Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail: office@minzdrav.gospmr.org

22 ДЕК 2022

№ 01.1-14.1/43535

На № _____ от _____

Руководителям хозяйствующих
субъектов

О направлении ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной максимальной цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) ценовое предложение в срок до **13 января 2023 года** на поставку в республику инкубаторов для новорожденных в количестве двух штук для обеспечения ГУ «Республиканский центр матери и ребенка», согласно следующих медико-технических требований:

№ п/п	Наименование	Требования	Соответствие требованию
1. Общие требования			
1.1	Модель	указать	обязательно
1.2	Страна происхождения	страны ЕС, США, Япония	обязательно
1.3	Сертификат (декларация) о соответствии госстандарта ЕС	наличие (приложить)	обязательно
1.4	Спецификация на предлагаемое медицинское оборудование (комплектация)	наличие (приложить)	обязательно
2. Наименование характеристики или параметра			
2.1	Инкубатор для новорожденных с принадлежностями	1	обязательно
2.2	Функция термоконтроля	наличие	обязательно
2.3	Тележка с изменяемой высотой	наличие	обязательно
2.4	Доступ к пациенту обеспечивается через переднюю панель и с помощью выдвижного ложа с головной стороны инкубатора	наличие	оптимально
2.5	Воздушный компрессор	наличие	обязательно
2.6	Четыре отверстия для рук с двух боковых сторон	наличие	обязательно
2.7	Открывающаяся дверка, в головной части обеспечивающая удобный доступ к голове пациента	наличие	обязательно
2.8	Выдвигающееся ложе пациента	наличие	обязательно
2.9	Инкубатор должен иметь систему регулируемой подачи увлажненного кислорода в камеру пациента	наличие	обязательно
2.10	Автоматическое поддержание заданной температуры воздуха в камере пациента или температуры новорожденного, - по выбору оператора	наличие	обязательно
3. Оснащение и принадлежности			
3.1	Блок питания для обеспечения электропитания инкубатора от сети 220В 50Гц и зарядки внутренней батареи	наличие	обязательно

3.2	Встроенный увлажнитель кислорода для кислородной терапии	наличие	обязательно
3.3	Индикатор кислорода для измерения концентрации кислорода в камере пациента	наличие	обязательно
4.Опции			
4.1	Увлажнитель	наличие	обязательно
4.2	Телескопический держатель капельницы	наличие	оптимально
4.3	Двойные стенки	наличие	обязательно
4.4	Двухместный матрасик	наличие	обязательно
5.Технические данные			
5.1	Электропитание от сети 220В 50Гц	наличие	обязательно
5.2	Размеры инкубатора (ширина x глубина) 1167мм x 687мм Высота со стойкой с подъемным механизмом от 1220 до 1520мм Высота со стойкой без подъемного механизма 1270мм/1370мм/1470мм Высота верхнего края матраца (со стойкой с подъемным механизмом) от 800 до 1100мм Высота верхнего края матраца (со стойкой без подъемного механизма) по выбору: 875мм, 950мм или 1050мм Размеры ложа (ширина x глубина) 645 мм x 500мм	наличие	оптимально
5.3	Общая масса, 230 кг Базовое оснащение, 130 кг Общая нагрузка, 66 кг	наличие	оптимально
6.Дополнительные приборы и комплектующие			
6.1	Дублирующие внутренние стенки камеры пациента	наличие	обязательно
6.2	Расходные материалы	наличие	обязательно
6.3	Матрас многоразовый обрабатываемый 1 шт.	наличие	обязательно
6.4	Кабель переменного и постоянного тока инкубатора в комплекте	наличие	обязательно
6.5	Температурные датчики (желтые) для измерения центральной (близкой к внутренней) температуры кожи 5 шт.	наличие	обязательно
6.6	Температурные датчики (белые) для измерения периферической температуры кожи 5 шт.	наличие	обязательно
6.7	Клеящиеся фиксаторы для температурных датчиков 50шт.	наличие	обязательно
6.8	Фильтр свежего воздуха 20 шт.	наличие	обязательно
6.9	Порты для трубок с заглушками разного диаметра	наличие	обязательно
6.10	Порты для трубок, кабелей для боковых дверей	наличие	обязательно
6.11	Крышка для емкости с водой	наличие	обязательно
6.12	Набор трубок для подачи воды (20 шт.)	наличие	обязательно
7.Условия поставки			
7.1	Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее	12 месяцев	обязательно
7.2	Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования	приложить документальное подтверждение	обязательно
7.3	Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием	наличие	обязательно
7.4	Инструкция пользователя на русском языке	наличие	обязательно
7.5	Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств	указать адрес, приложить документ об авторизации	обязательно
7.6	Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования)	наличие	обязательно
7.7	Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более	48	обязательно

7.8	Возможность проведения постгарантийного обслуживания	наличие	обязательно
-----	--	---------	-------------

Условия и срок поставки: в течение 100 календарных дней. Доставка и отгрузка осуществляется силами и средствами поставщика.

Срок проведения закупки: I квартал 2023 года.

Условия оплаты: предоплата в размере 50%, оставшиеся 50% в течение 30 календарных дней с момента осуществления поставки.

Проведение процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Заместитель министра

по финансово-экономической политике

Долганова

С.В. Долганова

Туранский