



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г. Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail: office@minzdrav.gospmr.org

22 ДЕК 2022

№ 01.1-14.1/13536

На № _____ от _____

Руководителям хозяйствующих
субъектов

О направлении ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной максимальной цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) ценовое предложение в срок до **13 января 2023 года** на поставку в республику открытой реанимационной системы для новорожденных для обеспечения ГУ «Республиканский центр матери и ребенка», согласно следующих медико-технических требований:

№ п/п	Наименование	Требования	Соответствие требованию
1. Общие требования			
1.1	Модель	указать	обязательно
1.2	Страна происхождения	страны ЕС, США	обязательно
1.3	Сертификат (декларация) о соответствии госстандарта ЕС	наличие (приложить)	обязательно
1.4	Спецификация на предлагаемое медицинское оборудование (комплектация)	наличие (приложить)	обязательно
2. Наименование характеристики или параметра			
2.1	Открытая реанимационная система для новорожденных (равномерный обогрев ребенка вне зависимости от положения нагревателя, термомониторинг, матраса с активным подогревом, плавно изменяемый наклон кровати, высококачественная фототерапия без использования других устройств)	1	обязательно
2.2	Равномерное распределение тепла	наличие	обязательно
2.3	Надежный мониторинг температуры	наличие	обязательно
2.4	Комфорт подогреваемого гелевого матраса	наличие	обязательно
2.5	Панель управления с визуализацией параметров	наличие	обязательно
2.6	Тревожная сигнализация	наличие	обязательно
2.7	Поворотные шкафчики, которые позволяют обеспечить дополнительное пространство для хранения принадлежностей	наличие	обязательно
2.8	Система фототерапии с кварцевыми галогенными лампами, интегрированными в верхний корпус	наличие	обязательно
2.9	Обеспечение температурно-нейтральный режим, защищающий новорожденного от переохлаждения или перегрева	наличие	обязательно

№ п/п	Наименование	Требования	Соответствие требованию
2.10	Теплоизлучатель с регулируемой выходной мощностью: управление греющей мощностью в ручном режиме, контроль продолжительности термотерапевтического сеанса при высокой греющей мощности	наличие	обязательно
2.11	Автоматика регулирования греющей мощности по температуре кожи: мониторинг температуры кожи с соответствующей автоматической корректировкой греющей мощности	наличие	обязательно
2.12	Термотерапия с гелевым матрасом независимо от теплоизлучателя: автоматический контроль и регулирование температуры нагревательных элементов.	наличие	обязательно
3. Оснащение и принадлежности			
3.1	Матрас гелевый с подогревом – измеряемые значения температуры. Диапазон измеряемых значений от 15°C до 40°C , не хуже	наличие	обязательно
3.2	Электропитание 220В±10	наличие	обязательно
3.3	Напряжение сети 50/60Гц ±10	наличие	обязательно
3.4	Электромагнитная совместимость (ЭМС) проверена по EN 6061-1-2	наличие	оптимально
4. Физические характеристики			
4.1	Базовый аппарат механизмом регулирования высоты от 1230 до 1515 мм	наличие	оптимально
4.2	Площадь ложа 750x490мм	наличие	оптимально
4.3	Угол наклона ложа максимально 20 град вниз	наличие	обязательно
4.4	Высота боковых экранных секций 230 мм или 150 мм	наличие	оптимально
4.5	Высота внутренних экранных секций 70 мм	наличие	оптимально
4.6	Вес (со шкафом и крышкой) от 83 до 85 кг	наличие	оптимально
4.7	Освещение, изменение освещения при необходимости (яркий или мягкий свет)	наличие	обязательно
4.8	Кроватка с 4-мя откидывающимися боковыми стенками и гелевым матрасом	наличие	обязательно
4.9	Наклон столика от +20° до -15°	наличие	обязательно
4.10	Подогрев кроватки нижний подогрев, регулировка температуры ложа	наличие	обязательно
4.11	Кроватка с матрасом (с вставкой для рентген кассеты)	наличие	оптимально
4.12	Полка для монитора с 2-мя боковыми рельсами	наличие	обязательно
4.13	5 кожных температурных датчиков, желтых (измерение центральной температуры)	наличие	обязательно
4.14	5 кожных температурных датчиков, белых (измерение периферической температуры)	наличие	обязательно
4.15	200 клеящихся датчиков	наличие	обязательно
4.16	Подвижные лотки для инструментов и прочего необходимого оборудования	наличие	обязательно
5. Дополнительные приборы и комплектующие			
5.1	Аппарат для санации бронхиального дерева	наличие	оптимально
5.2	Дозиметр O2	наличие	оптимально
5.3	Распределитель O2	наличие	оптимально
5.4	Распределитель O2 для кислородного баллона	наличие	оптимально
5.5	Кислородный монитор	наличие	оптимально
5.6	Кислородная маска	наличие	оптимально
6. Условия поставки			
6.1	Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее	12 месяцев	обязательно
6.2	Монтаж оборудования у заказчика сервисной службой, авторизованной производителем оборудования	приложить документальное подтверждение	обязательно
6.3	Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием	наличие	обязательно

№ п/п	Наименование	Требования	Соответствие требованию
6.4	Инструкция пользователя на русском языке	наличие	обязательно
6.5	Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств	указать адрес, приложить документ об авторизации	обязательно
6.6	Гарантийное техническое обслуживание всего оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования)	наличие	обязательно
6.7	Срок реагирования на заявки о неисправностях, ч, не более	48	обязательно
6.8	Возможность проведения постгарантийного обслуживания	наличие	обязательно

Условия и срок поставки: в течение 100 календарных дней. Доставка и отгрузка осуществляется силами и средствами поставщика.

Срок проведения закупки: I квартал 2023 года.

Условия оплаты: предоплата в размере 50%, оставшиеся 50% в течение 30 календарных дней с момента осуществления поставки.

Проведение процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Заместитель министра

по финансово-экономической политике



С.В. Долганова

