



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер.Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40  
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г.Тирасполь ф/к 0200018510  
e-mail:office@minzdrav.gospmr.org

01 ФЕВ 2023

№ 01.Р-14/817

Руководителям хозяйствующих  
субъектов

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Запрос ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) **в срок до 13 февраля 2023 года**, ценовое предложение на поставку в республику изделий медицинского назначения для нужд отделений переливания крови ГУ «Республиканская клиническая больница» и «Рыбницкая центральная районная больница» на 2023 год по следующим позициям:

№ п/п	Международное непатентованное название	Единица измерения	Потребность
1	2	3	4
1	Система для переливания крови с фильтром (для гравитационного внутрисосудистого вливания цельной крови, компонентов крови и кровезаменителей) для ГУ "Республиканская клиническая больница"	штука	630
2	Система для забора крови для ГУ "Республиканская клиническая больница"	штука	1 000
3	Перчатки нестерильные неопудренные размер S для ГУ "Республиканская клиническая больница"	штука	12 000
4	Перчатки нестерильные неопудренные размер M для ГУ "Республиканская клиническая больница"	штука	12 000
5	Перчатки нестерильные неопудренные размер S для ГУ "Рыбницкая центральная районная больница"	штука	2 000
6	Перчатки нестерильные неопудренные размер M для ГУ "Рыбницкая центральная районная больница"	штука	2 000

**Срок и условия поставки:** 90 календарных дней с момента получения предоплаты.

**Срок проведения закупки:** 2023 год.

**Ориентировочный срок проведения открытого аукциона:** первый квартал 2023 года.

**Остаточный срок:** не менее 70% от общего срока годности на момент поставки.

**Обязательная регистрация** в Приднестровской Молдавской Республике на момент поставки товара.

**Условия оплаты:** предоплата в размере не более 50% от суммы контракта, оставшиеся 50% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться **цена единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.**

Проведение процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Приложение:

Медико-технические требования к изделиям медицинского назначения для отделений переливания крови на 2023 год по позициям.

Заместитель министра

по финансово-экономической политике



С.В. Долганова

Стратулат Е.В.,  
54201



**Медико-технические требования к изделиям медицинского назначения для отделений переливания крови на 2023 год.**

№	Параметры	Требования	Соответствие требованию	Прим.
<b>1. Система для переливания крови с фильтром</b>				
4.1	Система оснащена пластиковым или комбинированным металлическим шипом для перфорации контейнера или флакона	наличие	обязательно	
4.2	Встроенный воздушный фильтр размер ячеек 0,3мкм	наличие	обязательно	
4.3	Трансфузионный фильтр размер ячеек 200мкм	наличие	обязательно	
4.4	Заточка иглы	трехгранная	обязательно	
4.5	Соединение	Луер или Луер Лок	обязательно	
4.6	Прозрачные трубки и роликовый регулятор	наличие	обязательно	
<b>2. Система для взятия крови в бутылку</b>				
5.1	Устройство для впускания воздуха имеет фильтр, обеспечивающий фильтрацию поступающего воздуха от микроорганизмов.	наличие	обязательно	
5.2	Игла для подключения к бутылке - металлическая. Соединение деталей устройств герметичны при минимальном внутреннем избыточном давлении 40 кПа.	наличие	обязательно	
5.3	Соединение	"Луер-Лок"	обязательно	
5.4	Игла	наружный диаметр 1,8 мм, имеющей атравматическую заточку	обязательно	
5.5	Игла	наружный диаметр 1,8 мм, имеющей атравматическую заточку	обязательно	
5.6	Длина трубки устройства	от 650 мм	обязательно	
5.7	Стерильность, нетоксичность, апиrogenность	наличие	обязательно	