



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер.Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г.Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail:office@minzdrav.gospmr.org

23 MAR 2023

№ 01.1-14.1/2765

Руководителям хозяйствующих
субъектов

На № _____ ОТ _____

Запрос ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) **в срок до 06 апреля 2023 года**, ценовое предложение на поставку стерилизаторов в количестве 2 (двух) единиц, в соответствии со следующими требованиями:

№ п/п	Параметры	Требования	Соответствие требованию
1. Общие требования			
1.1.	Модель	указать	обязательно
1.2.	Производитель, страна происхождения	указать	обязательно
1.3.	Год выпуска, не ранее	2023	обязательно
1.4.	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины	наличие (приложить копию)	обязательно
2. Общие характеристики			
2.1.	Тип стерилизатора	горизонтальный, круглый, непроходной	обязательно
2.2.	Механизм закрывания крышки	1 винтовой прижим	обязательно
2.3.	Боковое расположение механизма закрытия крышки, позволяющее снизить нагрузку на силовой винт	наличие	обязательно
2.4.	Расположение приборов управления со стороны рабочей зоны стерилизатора (загрузочной стороны)	наличие	обязательно
3. Технические характеристики			
3.1.	Материал наружных панелей	нержавеющая сталь	обязательно

3.2.	Материал камеры	нержавеющая сталь	обязательно
3.3.	Толщина материала камеры, мм, не менее	3	обязательно
3.4.	Материал крышки камеры	нержавеющая сталь	обязательно
3.5.	Толщина материала крышки камеры, мм, не менее	10	обязательно
3.6.	Термозащитный кожух на крышке	наличие	обязательно
3.7.	Материал трубок, контактирующих с жидкостями и паром	нержавеющая сталь	обязательно
3.8.	Объем стерилизационной камеры, л, не менее	100	обязательно
3.9.	Размер стерилизационной камеры (диаметр×глубина), мм, не менее	400×830	оптимально
3.10.	Внешние размеры (длина×ширина×высота), мм, не более	1250×620×1500	оптимально
3.11.	Вес нетто, кг, не более	230	оптимально
3.12.	Высота загрузки, мм, не менее	785	обязательно
3.13.	Напряжение питания, В	380	обязательно
3.14.	Мощность, кВт, не более	10	обязательно
3.15.	Возможность подключения стерилизатора к системе электроснабжения через устройства защитного отключения	наличие	обязательно
3.16.	Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее	13	обязательно
3.17.	Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отображения этапов работы	наличие	обязательно
3.18.	Панель оператора отображает:	наличие	обязательно
	- текущее время;		
	- время от начала цикла;		
	- заданную температуру цикла;		
	- статус цикла;		
	- количество проведенных циклов;		
	- тревожные сообщения.		
3.19.	Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимической коррозии парогенератора	наличие	обязательно
3.20.	Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки	наличие	обязательно
3.21.	Стерилизатор оборудован автоматической системой парогашения	наличие	обязательно
3.22.	Регулируемые опоры (ножки)	наличие	обязательно
3.23.	Стерилизатор оборудован встроенными колесами для удобства перемещения во время монтажа и технического обслуживания	наличие	обязательно

4. Управление и режимы			
4.1.	Автоматическое и ручное управление	наличие	обязательно
4.2.	Стандартный режим		обязательно
	1 (температура-давление-время)	132°C –0,2 МПа – 20 мин.	
	2 (температура-давление-время)	120°C –0,11 МПа – 45 мин.	
4.3.	Точность поддержания стерилизационной температуры, не хуже	±2°C	обязательно
4.4.	Режим прогревочный	наличие	обязательно
4.5.	Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры комбинированным способом:	гравитационная продувка и вакуумные пульсации	оптимально
4.6.	Вакуумная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора	наличие	обязательно
4.7.	Глубина разрежения при сушке, МПа, не хуже	-0,08	обязательно
4.8.	Остаточная влажность стерильных текстильных материалов, не более	1,50%	обязательно
5. Система безопасности			
5.1.	Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе	наличие	обязательно
5.2.	Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе	наличие	обязательно
6. Запасные части			
6.1.	Водомерное стекло	1	обязательно
6.2.	Прокладка на парогенератор	1	обязательно
6.3.	Прокладка на камеру	1	обязательно
6.4.	Тэны для парогенератора (1 комплект)	6	обязательно
6.5.	Краны шаровые	6	обязательно

Срок и условия поставки: 45 календарных дней с момента получения предоплаты.

Срок проведения закупки: 2023 год.

Ориентировочный срок проведения открытого аукциона: первое полугодие 2023 года.

Условия оплаты: предоплата в размере не более 90% от суммы контракта, оставшиеся 10% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок (с момента монтажа) не менее 1 (одного) года.

Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования).

Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока - не более 48 часов.

Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе.

Дополнительные условия:

обязательное обучение персонала пользованию оборудованием.

Монтаж оборудования у покупателя сервисной службой, авторизованной производителем оборудования.

Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться **цена единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.**

Проведение процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

И.о. заместителя министра
здравоохранения ПМР
по закупочной политике



И.Н. Глизнуца

Рошко В. А.,
54201

