



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер.Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
p/c 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г.Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail:office@minzdrav.gospmr.org

23 MAR 2023

№ 01.1-14.1/2767 Руководителям хозяйствующих
субъектов

На № _____ от _____

запрос ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной (максимальной) цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) **в срок до 06 апреля 2023 года**, ценовое предложение на поставку отсасывателей хирургических в количестве 15 (пятнадцати) единиц, в соответствии со следующими требованиями:

№ п/п	Параметры	Требования	Соответствие требованию
1.	Общие требования		
1.1.	Модель	указать	обязательно
1.2.	Производитель, страна происхождения	указать	обязательно
1.3.	Год выпуска, не ранее	2022	обязательно
1.4.	Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС	наличие (приложить копию)	обязательно
2.	Технические характеристики		
2.1.	Автоклавируемые банки при 121 °С:	2x4 л	Обязательно
2.2.	Ножной переключатель с прерывистым или непрерывным режимом работы	наличие	Обязательно
2.3.	Переключатель направления потока (позволяет направить всасываемые жидкости в любую из двух банок)	наличие	Обязательно
2.4.	Двойной предохранительный клапан, встроенный в ёмкость (банку) и гидрофобный фильтр	наличие	Обязательно
2.5.	Антибактериальный и гидрофобный фильтр (для одного пациента): 1 шт.	наличие	Обязательно
2.6.	Автоклавируемые силиконовые трубки: 1 шт.	∅ 8x14 мм, длиной 150 см	Обязательно

2.7.	Конический соединитель: 1 шт.	∅ 10-11-12 мм	Обязательно
2.8.	Система переключения с банки на банку с помощью сенсорных клавиш: 1 шт.	наличие	Обязательно
2.9.	Вход для всасывания воздуха: 1 шт.	наличие	Обязательно
2.10.	Рабочее напряжение:	230 В - 50/60 Гц	Обязательно
2.11.	Максимальное давление всасывания, не менее	-0,90 бар (675 мм рт.ст.)	Обязательно
2.12.	Рабочий цикл: непрерывный	наличие	Обязательно
2.13.	Производительность, не менее	90 л/мин	Обязательно
2.14.	Мощность:	385 VA	Оптимально
2.15.	Уровень шума: не более	46,4 дБА	Оптимально
2.16.	Размер:	460 x 850 x 420 мм	Оптимально
2.17.	Вес: не более	20 кг	Оптимально

Срок и условия поставки: 90 календарных дней с момента получения предоплаты.

Срок проведения закупки: 2023 год.

Ориентировочный срок проведения открытого аукциона: первое полугодие 2023 года.

Условия оплаты: предоплата в размере не более 90% от суммы контракта, оставшиеся 10% в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок (с момента монтажа) не менее 1 (одного) года.

Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования).

Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока - не более 48 часов.

Возможность сервисного обслуживания.

Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе.

Дополнительное условие: обязательное обучение персонала пользованию оборудованием.

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться **цена единицы товара и общая сумма контракта, на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.**

Проведение процедуры сбора запрашиваемой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

И.о. заместителя министра
здравоохранения ПМР
по закупочной политике



И.Н. Глизнуца

Рошко В. А.,
54201

Рошко