

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по закупке  
медицинского оборудования для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»

07 августа 2024 года

№2024/188

Наименование заказчика: Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Присутствовали члены комиссии:

1. Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

2. Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

3. Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;

4. Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Присутствовал представитель Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики.

Извещение о проведении открытого аукциона:

<https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=7599>

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке медицинского оборудования для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» проводит комиссия по адресу:

г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, в 11 часов 00 мин. 07 августа 2024 года.

2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.

3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по закупке медицинского оборудования для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница», от 31 июля 2024 года №2024/183.

4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе велась аудио-/видеозапись (нужное подчеркнуть).

5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовали участники открытого аукциона, а также представитель участника открытого аукциона, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, представившие документы, удостоверяющий личность, зарегистрированные в журнале регистрации участников открытого аукциона (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам (Приложение № 2 к настоящему Протоколу) заявкам на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер.

По лотам, заявленным в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объекта закупки по лотам,

заявленным в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

### ЛОТ №1

#### Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Екипамед Интер»
---	----------------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено соответствие пакета документов участника с заявкой №1. Рассмотрена служебная записка начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» на предмет соответствия предлагаемого участником оборудования техническому заданию.

#### Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	

Принятое решение комиссии: допустить участника с заявкой №1 ко второму этапу открытого аукциона.

#### Регистрационный номер заявки №3

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Лада»
---	------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено несоответствие пакета документов участника с заявкой №3.

Согласно служебной записке начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» отсутствует техническая документация на Модель НУТG300СН, что не позволяет подтвердить соответствие предъявляемых к оборудованию качественных (технических) характеристик. Предоставленная брошюра не позволяет проверить качественные (технические) характеристики оборудования. Нет возможности найти подтверждение следующим пунктам: 3.1.1, 3.2, 3.8, 3.10. Пункты 3.1.1, 3.2.1, 3.3, 3.4 не соответствуют обязательным требованиям технического задания. Кроме того, отсутствуют ссылки на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание», что является обязательным дополнительным требованием.

**Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:**

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе

Принятое решение комиссии: не допустить участника с заявкой №3 ко второму этапу открытого аукциона.

**Регистрационный номер заявки №4**

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Неофита»
---	---------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено несоответствие пакета документов участника с заявкой №4.

Согласно служебной записке начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» пункты 3.1.1, 3.3, 3.4 не соответствуют обязательным требованиям технического задания. Пункт 3.2 не соответствует требованиям, так как в предоставленной технической документации не описывается и не отображается звукоизолированный шкаф.

**Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:**

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
			документации об открытом аукционе
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе

Принятое решение комиссии: не допустить участника с заявкой №4 ко второму этапу открытого аукциона.

## ЛОТ №2

### Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Екипамед Интер»
---	----------------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено соответствие пакета документов участника с заявкой №1. Рассмотрена служебная записка начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» на предмет соответствия предлагаемого участником оборудования техническому заданию.

### Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	

Принятое решение комиссии: допустить участника с заявкой №1 ко второму этапу открытого аукциона.

### Регистрационный номер заявки №2

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Медаксесс»
Место нахождения, адрес электронной почты	г. Бендеры, ул. Дружбы 8, кв.4 <a href="mailto:medaksess@gmail.com">medaksess@gmail.com</a>

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено несоответствие пакета документов участника с заявкой №2.

Согласно служебной записке начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» пункты 4.8, 4.9 не соответствуют обязательным требованиям технического задания.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе

Принятое решение комиссии: не допустить участника с заявкой №2 ко второму этапу открытого аукциона.

### Регистрационный номер заявки №3

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Лада»
---	------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено несоответствие пакета документов участника с заявкой №3.

Согласно служебной записке начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница»

отсутствует техническая документация на Модель LED400/400, что не позволяет подтвердить соответствие предъявляемых к оборудованию качественных (технических) характеристик. Предоставленная брошюра не позволяет проверить качественные (технические) характеристики оборудования. Нет возможности найти подтверждение следующим пунктам: 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10, 4.12, 4.13. Пункты 4.3, 4.6 не соответствуют обязательным требованиям технического задания. Кроме того, отсутствуют ссылки на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание», что является обязательным дополнительным требованием.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе

Принятое решение комиссии: не допустить участника с заявкой №3 ко второму этапу открытого аукциона.

### ЛОТ №3

#### Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Екипамед Интер»
---	----------------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено соответствие пакета документов участника с заявкой №1. Рассмотрена служебная записка начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» на предмет соответствия предлагаемого участником оборудования техническому заданию.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	

Принятое решение комиссии: допустить участника с заявкой №1 ко второму этапу открытого аукциона.

#### Регистрационный номер заявки №3

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Лада»
---	------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено несоответствие пакета документов участника с заявкой №3.

Согласно служебной записке начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» отсутствует техническая документация на Модель СНН-ХН905В, что не позволяет подтвердить соответствие предъявляемых к оборудованию качественных (технических) характеристик. Предоставленная брошюра не позволяет проверить качественные (технические) характеристики оборудования. Нет возможности найти подтверждение следующим пунктам: 3, 3.1, 4.4.1, 4.3, 4.4, 5 - 8, 8.2, 8.3, 9.1. Пункты 9.1, 9.3 не соответствуют обязательным требованиям технического задания. Кроме того, отсутствуют ссылки на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание», что является обязательным дополнительным требованием.

#### Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе

Принятое решение комиссии: не допустить участника с заявкой №3 ко второму этапу открытого аукциона.

#### ЛОТ №4

##### Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Екипамед Интер»
---	----------------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено соответствие пакета документов участника с заявкой №1. Рассмотрена служебная записка начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» на предмет соответствия предлагаемого участником оборудования техническому заданию.

##### Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	

Принятое решение комиссии: допустить участника с заявкой №1 ко второму этапу открытого аукциона.

##### Регистрационный номер заявки №3



Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Лада»
---	------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено несоответствие пакета документов участника с заявкой №3.

Согласно служебной записке начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» отсутствует техническая документация на Модель LED400, что не позволяет подтвердить соответствие предъявляемых к оборудованию качественных (технических) характеристик. Предоставленная брошюра не позволяет проверить качественные (технические) характеристики оборудования. Нет возможности найти подтверждение следующим пунктам: 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12. Пункт 4.3 не соответствуют обязательным требованиям технического задания. Кроме того, отсутствуют ссылки на соответствующую страницу в прилагаемой технической документации на оборудование в разделе «Примечание», что является обязательным дополнительным требованием.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Не допустить к участию в открытом аукционе	Предлагаемое оборудование не соответствует заявленным техническим требованиям документации об открытом аукционе

Принятое решение комиссии: не допустить участника с заявкой №3 ко второму этапу открытого аукциона.

## ЛОТ №5

### Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	ООО «Екипамед Интер»
---	----------------------

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением

и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе и установлено соответствие пакета документов участника с заявкой №1. Рассмотрена служебная записка начальника технического отдела и зав. отделения анестезиологии и реанимации ГУ «Рыбницкая центральная районная больница» на предмет соответствия предлагаемого участником оборудования техническому заданию.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1	Начальник Отдела организации государственных закупок Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
2	Начальник Управления нормативно-правового, документационного, информационного обеспечения и системного администрирования Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
3	Главный специалист Отдела нормативно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
4	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	
5	Главный специалист Отдела инфраструктуры здравоохранения Управления тарифной политики и инфраструктуры здравоохранения Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики	Допустить к участию в открытом аукционе	

Принятое решение комиссии: допустить участника с заявкой №1 ко второму этапу открытого аукциона.

7. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующего участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)	Цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, (рублей)	Цена контракта, сформированная с учетом преимущества, (рублей)
ЛОТ №1			
1	ООО «Екипамед Интер»	160 000,00	–
ЛОТ №2			
1	ООО «Екипамед Интер»	290 000,00	–
ЛОТ №3			
1	ООО «Екипамед Интер»	460 000,00	–
ЛОТ №4			
1	ООО «Екипамед Интер»	151 000,00	–
ЛОТ №5			
1	ООО «Екипамед Интер»	380 000,00	–

По итогам заседания Комиссии:

- по лоту №1 признана соответствующей документации об открытом аукционе одна заявка;
- по лоту №2 признана соответствующей документации об открытом аукционе одна заявка;
- по лоту №3 признана соответствующей документации об открытом аукционе одна заявка;
- по лоту №4 признана соответствующей документации об открытом аукционе одна заявка;
- по лоту №5 признана соответствующей документации об открытом аукционе одна заявка.

Минимальная цена контракта по вышеуказанным лотам предложена:

- ЛОТ №1 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 160 000,00 руб. ПМР;
- ЛОТ №2 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 290 000,00 руб. ПМР;

- ЛОТ №3 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 460 000,00 руб. ПМР;
- ЛОТ №4 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 151 000,00 руб. ПМР;
- ЛОТ №5 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 380 000,00 руб. ПМР.

Комиссия предложила участнику открытого аукциона снизиться по цене, участник открытого аукциона принял предложение о снижении.

Минимальная цена контракта по вышеуказанным лотам с учетом снижения предложена:

- ЛОТ №1 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 152 000,00 руб. ПМР;
- ЛОТ №2 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 207 000,00 руб. ПМР;
- ЛОТ №3 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 430 000,00 руб. ПМР;
- ЛОТ №4 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 148 000,00 руб. ПМР;
- ЛОТ №5 – участником №1 ООО «Екипамед Интер» и составляет 375 000,00 руб. ПМР.

Руководствуясь подпунктом а) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», Комиссией признан не состоявшимся открытый аукцион по закупке медицинского оборудования для ГУ «Рыбницкая центральная районная больница». На основании рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе Комиссией принято решение предложить министру здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики заключить контракт с единственным поставщиком по следующим лотам №1, №2, №3, №4 и №5:

№ п/п	Наименование поставщика	№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена контракта
1	ООО «Екипамед Интер»	1	Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ аппараты	шт.	1	152 000,00
2	ООО «Екипамед Интер»	2	Бестеневая лампа потолочная	шт.	1	207 000,00
3	ООО «Екипамед Интер»	3	Стол общехирургический	шт.	2	430 000,00
4	ООО «Екипамед Интер»	4	Потолочный операционный светильник	шт.	2	148 000,00
5	ООО «Екипамед Интер»	5	Открытая реанимационная система	шт.	1	375 000,00

8. Комиссией доведено до сведения всех присутствующих о том, что заявления о необходимости внесения изменений в заявки на участие в открытом аукционе, поданные после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, останутся без рассмотрения.

9. Копия настоящего Протокола, не содержащая персональные данные, подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 5 (пяти) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии.

Приложение № 1  
к Протоколу рассмотрения заявок на  
участие в открытом аукционе по закупке  
медицинского оборудования для  
ГУ «Рыбницкая центральная районная  
больница»  
от 07.08.2024 года №2024/188

Журнал

регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в открытом аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) его представителя, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1					
2					
3					
4					
5					

Дата: 07 августа 2024 года

Приложение №2  
к Протоколу рассмотрения заявок на  
участие в открытом аукционе по закупке  
медицинского оборудования для  
ГУ «Рыбницкая центральная районная  
больница»  
от 07.08.2024 года №2024/188

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам от 31.07.2024 №2024/183	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации)
ЛОТ №1	1	1	ООО «Екипамед Интер»
	3	3	ООО «Лада»
	4	4	ООО «Неофита»
	5	5	ООО «Диапрофмед»
ЛОТ №2	1	1	ООО «Екипамед Интер»
	2	2	ООО «Медаксесс»
	3	3	ООО «Лада»
	5	5	ООО «Диапрофмед»
ЛОТ №3	1	1	ООО «Екипамед Интер»
	3	3	ООО «Лада»
	5	5	ООО «Диапрофмед»
ЛОТ №4	1	1	ООО «Екипамед Интер»
	3	3	ООО «Лада»
	5	5	ООО «Диапрофмед»
ЛОТ №5	1	1	ООО «Екипамед Интер»

Дата: 07 августа 2024 года

Приложение № 3 к Протоколу  
рассмотрения заявки на участие в открытом  
аукционе по закупке медицинского  
оборудования для ГУ «Рыбницкая  
центральная районная больница»  
от 07.08.2024 года №2024/188

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,  
содержащая информацию об объектах закупки по каждому лоту, заявленному в предмете закупки,  
согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки
<b>ЛОТ №1</b>											
1	Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ аппараты		шт.	1	1	ООО "Екипамед Интер"	Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ аппараты DK50 2x2V/110 S/M с мембранным осушителем		ЕКОМ spol sro Словакия	шт.	1
					3	ООО "Лада"	Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ аппараты	Предназначен для использования в качестве источника чистого, без масляного, сжатого воздуха для питания активных медицинских устройств; Наличие мембранного осушителя; Степень осушения (точка росы под давлением) = +3 °С; Наличие звукоизолированного шкафа; Уровень шума = 50 дБ [А]; Объем бака = 150 л; Производительность компрессора (рабочее давление 5 бар) = 400 л/мин; Наличие дополнительного комплекта фильтрации, позволяющего	Производитель: Hongrun Compressor Technology Co., Ltd. Китай Модель: HNTG300C H	шт.	1

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки
										использовать предлагаемый компрессор для нужд вентиляции легких; Мощность двигателя и частота = 2×1,2 кВт; Номинальное напряжение и частота = 220В/50 Гц; Вес = 135 кг; Размеры = 1310 × 410 × 730 мм.	
				4	ООО "Неофита"	Компрессор для подачи централизованного воздуха на ИВЛ аппараты	Модель: LMO 196X2-100; Год выпуска: 2023	Airpress, Италия	шт.	1	
<b>ЛОТ №2</b>											
2	Бестеневая лампа потолочная		шт.	1	1	ООО "Екипамед Интер"	Бестеневая лампа потолочная PENTALED 30E LIGHT		Rimsa P. Longoni SRL Италия	шт.	1
					2	ООО "Медаксес"	Потолочный операционный (хирургический) светильник NuLED C7/C7	Модель: NuLED C7/C7; Год выпуска: 2024	Nanjing Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Китай	шт.	1
					3	ООО "Лада"	Бестеневая лампа потолочная	Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах; Технические характеристики: Количество блоков освещения = 2; Источник света = светодиоды; Крепление светильника = потолочное; Перемещение блоков освещения по высоте; Вращение блоков	Производитель: Shandong Mingtai Medical Equipment Group Co., Ltd. \Китай Модель: LED400\400	шт.	1

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производител ь	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки
							<p>освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира); Наличие шарниров, позволяющих четко позиционировать светильник; Количество источников света = 30 источников; Диаметр блока освещения = 400 мм; Регулируемый диаметр светового поля = 140–260 мм; Диаметр светового поля = 130 d 50 мм; Диаметр светового поля = 220 d 10 мм; Наличие стерилизуемой ручки – наличие; Цветовая температура = 4000–5000 К (4 уровня); Интенсивность света на расстоянии 1 м = 160000 Люкс; Индекс цветопередачи = 96 Ra; Глубина освещенности (L1+L2) при 60% = 600 мм; Глубина освещенности (L1+L2) при 20% = 950 мм; Контроль интенсивности света 20–100 %; Средний срок службы источников света 60000 часов; Общая излучаемая энергия = 580 Вт/м 2; Потребляемая мощность = 65–85 ВА; Электропитание = 110–240В, 50–60 Гц.</p>				
<b>ЛОТ №3</b>											



№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки
3	Стол общехирургический		шт.	2	1	ООО "Екипамед Интер"	Стол общехирургический - анестезиологическая ширма, 1 шт; - упоры-держатели для тела, 2 шт; - упоры-держатели для плеч, 2 шт; - опора под руку, 2 шт; - упоры для ступней, 2 шт; - упоры для ног по Гёппелю: 2 шт; - инфузионная стойка, 1 шт; - ремень, 1 шт; - почечный валик, 1 шт; - поддон, 1 шт; - ручной пульт управления, 1 шт; Матрас, 1 шт		DIXION Vertrieb medizinischer Geräte GmbH Германия	шт.	2
					3	ООО "Лада"	Стол общехирургический	Наличие электрической регулировки высоты; Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления; Минимальная высота ложа = 700 мм; Максимальная высота ложа = 1000 мм;Наличие электрического привода бокового наклона; Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления; Угол бокового наклона = 15 0 ; Наличие электрического привода продольного	Производитель: Bazhou Xuhua Medical Equipment Co., Ltd / Китай	шт.	2

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производит ель	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки
							<p>наклона; Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления; Угол Тренделенбурга / Антитренделенбурга = 25 0 ; Наличие электрического привода продольного сдвига; Продольный сдвиг ложа = 350 мм; Наличие электрической регулировки спинной секции; Управление функцией осуществляется с помощью пульта дистанционного управления; Угол наклона спинной секции вниз = 20 0 ; Угол наклона спинной секции вверх = 90 0 ; Наличие дополнительного пульта управления электромеханическими функциями на колонне стола; Наличие механической регулировки головной секции; Наличие съемной головной секции; Угол наклона головной секции вверх = 45 0 ; Угол наклона головной секции вниз = 90 0 ; Наличие механической регулировки ножной секции; Ножная секция: раздельная, съемная; Угол наклона ножной секции = 15°/ 90 0 ; Угол разведения в каждую сторону = 90 0 ; Наличие встроенного почечного</p>				

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки
							<p>валика; Высота подъема = 165 мм; Регулировка высоты валика осуществляется с помощью крутящейся рукоятки; Ширина валика = 8 см. Используемые материалы: Все металлические поверхности стола выполнены из нержавеющей стали; Навесные аксессуары выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, покрытие аксессуаров из полиуретана; Наличие туннеля для введения рентген кассет на всю длину ложа; Грузоподъемность = 200 кг; Длина рабочей поверхности стола = 2070 мм; Ширина рабочей поверхности стола = 550 мм; Вес нетто = 200 кг; Вес брутто = 280 кг; Электропитание = 220В, 50Гц; Стол оснащен аккумуляторными батареями. Комплектация: Анестезиологическая ширма, 1 шт.; Упоры-держатели для тела, 2 шт.; Упоры-держатели для плеч 2 шт.; Опора под руку, 2 шт.; Упоры для ступней, 2 шт.; Упоры для ног по Гёппелю: 2шт.; Инфузионная стойка, 1 шт.; Ремень, 1 шт.; Почечный валик, 1 шт.; Поддон, 1 шт.; Ручной</p>				

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки
								пульт управления, 1 шт.; Матрас, 1 шт.			
<b>ЛОТ №4</b>											
4	Потолочный операционный светильник		шт.	2	1	ООО "Екипамед Интер"	Потолочный операционный светильник PENTALD 12		Rimsa P. Longoni SRL Италия	шт.	2
					3	ООО "Лада"	Потолочный операционный светильник	Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах; Технические характеристики: Количество блоков освещения = 1; Источник света = светодиоды; Крепление светильника = потолочное; Перемещение блоков освещения по высоте; Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира); Наличие шарниров, позволяющие четко позиционировать светильник; Количество источников света = 30 источников; Диаметр блока освещения = 400 мм; Диаметр светового поля = 180–220 мм; Наличие стерилизуемой ручки; Цветовая температура = 4000–5000 К (4 уровня); Интенсивность света на расстоянии 1 м = 100000 Люкс; Индекс	Производитель: Shandong Mingtai Medical Equipment Group Co., Ltd. \ Китай	шт.	2

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производителя	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки
									цветопередачи = 95 Ra; Глубина освещенности (L1+L2) при 60% = 75 см; Средний срок службы источников света = 60000 часов; Общая излучаемая энергия = 370 Вт/м 2; Электропитание = 110–240В, 50–60 Гц; Вес = 12,5 кг.		
<b>ЛОТ №5</b>											
5	Открытая реанимационная система		шт.	1	1	ООО "Екипамед Интер"	Открытая реанимационная система Drager Babygo TN300 в комплектации: - датчик температуры MX11000 - 5 шт; - дыхательный контур, 15 мм, с клапаном выдоха (управление большим пальцем) MP00310 - 25 шт; - дыхательный контур 15 мм с клапаном выдоха MP10841 - 25 шт; - дыхательные маски Mask Silicone, S, 00, reus MP02900 - 3 шт; - дыхательные маски Mask Silicone, M, 0, reus MP02910 - 3 шт; - дыхательные маски Mask Silicone, L, 1, reus MP02911 - 3 шт; - держатель маски Headgear f.NovaStar TS MP01557 - 1 шт;		Dragerwer k AG&Co. KGaA Германия	шт.	1

№ п/п	Объект закупки согласно Извещению				Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Объект закупки согласно заявке					
	Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Единица измерения	Количество, объем закупки			Наименование товара	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производителе ль	Ед. изм.	Кол-во, объем закупки	
							- емкость для аспирации 800 мл MP10918 - 20 шт					

Дата: 07 августа 2024 года